

Leistungsverzeichnis

Ziel des Vergabeverfahrens ist es, ein wirtschaftlich und qualitativ geeignetes Angebot für die Lieferung von zwei HAMILTON-T1 der 3. Generation inklusive des notwendigen Zubehörs (u. a. Transporthalterung, Akkus, Patientenschläuche, Sensorik) zu erhalten.

Pos.	Anz	Bezeichnung	Anmerkung	EP netto	Gesamt netto
1.	2	HAMILTON-T1 Beatmungsgerät, 3. Generation Adult/Pediatric	Konfiguriert für Deutschland		
2.	2	Expirationsventilset Einweg HERA-Filter	Im Grundgerät bereits verbaut		
3.	2	Testlunge	LM EasyLung Testlunge Erwachsene		
4.	2	Druckschlauch O ₂ , 3,0 m nach DIN Gasstecker und ISO Norm			
5.	2	NIST-Konnektor O ₂ für Hamilton T1			
6.	2	Beatmungsschlauchset, koaxial, 180 cm Erwachsene/Päd, gewinkelter Geräteanschluss, Flow Sensor, Expi.ventil, Einweg (10er VE)	Für HAMILTON-T1		
7.	4	Schutzüberzug Koaxialschlauch passt zu 180cm Beatmungsschlauch			
8.	1	Netzkabel 2,5 m für Europa			
9.	1	Batterieladegerät			
10.	4	Li-Ion Batterie HAMILTON-T1 Neu	10,8 V, 72 Wh, wiederaufladbar		
11.	4	Versorgungskabel 12V (Car Cable)	Für mobile Anwendungen		

12.	2	Schienenadapter für Normschiene	Für Gerätefixierung für Hamilton T1		
13.	2	Beatmungspaket DuoPAP / APRV	Für Hamilton T1 Betriebsbereit		
Pos.	Anz	Bezeichnung	Anmerkung	EP netto	Gesamt netto
14.	2	Grafik-Paket Trends / Loops	Für Hamilton T1 Betriebsbereit		
15.	2	Beatmungspaket NIV / NIV-ST	Für Hamilton T1 Betriebsbereit		
16.	2	Hamilton Connect Modul	Für Hamilton T1 Betriebsbereit		
17.	1	Konnektivität zu NIDA derzeit 6.14	Betriebsbereit		
18.	2	Kurzanleitung v3.0.x (deutsch)	Digital wenn möglich		
19.	2	Gerätedokumente / Gebrauchsanweisung	Digital wenn möglich		
20.	1	Einweisung nach MPBetreibV	Eine Multiplikatoren Schulung oder vergleichbares Schulungsangebot		
21.	2	Medizinproduktebuch	Nach ges. Vorgaben		
22.	1	Wartungsvertragsangebot	Angebot über eine Laufzeit von 1 Jahre mit jährlicher freiwilliger Verlängerung. Kündigungszeitraum 3 Monate		
			Nettopreis		
			MwSt.		
			Bruttopreis		